



## ОБАВЕШТЕЊЕ

Број: 1104/1-01

Датум: 28.10.2016.

Поштовани,

На основу питања потенцијалних понуђача везаних за **партију 2** (лабораторијски прибор за хроматографске методе одвајања), **партију 3** (апарат за микробиолошка испитивања) и **партију 4** (остали апарати - хемија и биологија), и на основу провере на тржишту, Комисија вас обавештава о **измени техничке спецификације** и доставља **одговоре на питања и појашњења техничке спецификације** у конкурсној документацији коју сте преузели за учешће у јавној набавци за набавку лабораторијске опреме за потребе Департмана за хемију и биологију коју је покренуо Природно-математички факултет у Нишу, број МД-06/016.

### Питања заинтересованих понуђача и одговори:

#### Партија 2:

##### Ставка 1 и 2

Питање: На страни 17/49 конкурсне документације, у партији 2 - „Лабораторијски прибор за хроматографске методе одвајања“, у оквиру позиција 1. и 2. тражите Каде за TLC различитих димензија, али сте дали исти каталожки број за обе позиције (Z 126195-1 EA). Између осталог овај каталожки број не подржава нити једну од наведених димензија. Молимо вас да нам појасните којих димензија треба да буду кадице и према којим каталожким бројевима се треба руководити у смислу њихових карактеристика.

Одговор:

Ставка 1: Када за TLC, 205x100 mm, Roth Z126195-1 EA или одговарајући, **мења се и гласи:**

Ставка 1: Када за TLC, 205x100 mm, Roth или одговарајући

Ставка 2: Када за TLC, 200x200 mm, Roth Z126195-1 EA или одговарајући, **мења се и гласи:**

Ставка 2: Када за TLC 200x200 mm, Roth или одговарајући

##### Ставка 5

Питање: На страни 17/49 конкурсне документације, у партији 2 - „Лабораторијски прибор за хроматографске методе одвајања“, у оквиру позиције 5 „Колона за HPLC (Acclaim Trinity P2 или одговарајући), тражите аналитичку колону за HPLC. Молимо вас да нам кажете за које аналитичке апликације ће бити коришћена ова колона, како бисмо били у могућности да понудимо колону која ће задовољити ваше захтеве.

Одговор: Потребно је понудити колону за HPLC Acclaim Trinity P2, 3µm, Analytical Column, 2.1x100 mm, (P/N 085432)

#### Партија 3:

Питање: У конкурсној документацији, за партију 3 сте навели: Шејкер/инкубатор модел ES 20, Biosan или одговарајући, са платформама P30/100, P16/250 и P9/500. Наведене платформе не одговарају овом моделу шејкер/инкубатора. Молим вас да се у складу са тим изјасните да остајете при овом моделу инкубатора или Вам је потребан инкубатор коме одговарају наведене платформе?

Одговор: Одговор на овакво питање Природно-математички факултет је дао дана 24.10.2016., заведен под бројем 1085/1-01.

Питање: Захтевате да гарантни период за Партију 3 не буде краћи од 60 месеци. Обзиром да смо контактирали произвођача Biosan који и сами наводите, добили смо информацију да је максимални гарантни период за тражени апарат 24 месеца. Сходно горе наведеном молимо Вас да измените захтев у конкурсној документацији у вези гарантног периода.



Одговор: На основу наведеног дописа, конкурсна документација се мења у следећим тачкама:

– Конкурсна документација у оквиру **тачке 2. Упутство за израду понуде, под тачком 5)** „Гарантни период за партију 3 не може бити краћи од 60 месеци. Уколико понуђач у својој понуди наведе гарантни рок краћи од наведеног, понуда ће бити одбијена.“, **мења се и гласи:**

Гарантни период за партију 3 не може бити краћи од 24 месеца. Уколико понуђач у својој понуди наведе гарантни рок краћи од наведеног, понуда ће бити одбијена.

– Такође, **5. Образац понуде, за партију 3**, у делу: „Напомена: гарантни рок не може бити краћи од 60 месеци, у супротном понуда ће бити одбијена.“, **мења се и гласи:**

Напомена: гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца, у супротном понуда ће бити одбијена.

#### Партија 4:

##### *Ставка 4*

Питање: У конкурсној документацији се као тражене карактеристике наводе - температурни опсег од 50 до 300°C, као и капацитет до 5 l.

Да ли је прихватљиво понудити уређај који има температурни опсег од амбијенталне температуре до 550°C?

Да ли је прихватљиво понуди уређај који има капацитет до 15 l?

Одговор: Потребно је понуди магнетну мешалицу капацитета не већег од 5l, док температурни опсег може бити од амбијенталне температуре до 550°C.

##### *Ставка 5*

Питање: Пећ за жарење са термо регулатором 220V

Радна температура 1200°C, снага грејача 4.5 kW, унутрашње димензије:, ширина 200 mm и више, висина 160 mm и више, дубина 400 mm и више, корисна запремина 10l и више.

Да ли је прихватљиво понудити уређај који има радни простор следећих димензија 200 x 300 x 100 mm (ширина x дубина x висина), максималну температуру загревања 1100°C и снаге 2,8 kW?

Одговор: Није прихватљиво, неопходно је понудити пећ за жарење са тачним карактеристикама траженим у техничкој спецификацији.

##### *Ставка 6*

Питање: Наручилац је предмет јавне набавке обликовао у 4 партије, а питање које постављамо се односи на партију 4. Конкретно, за партију 4 наручилац је предмет јавне набавке обликовао тако што је у оквиру партије 4 формирао 6 ставки. Најпре желимо да укажемо да овакво обликовање више добара у оквиру једне партије, и то добра која међусобно нису ни на један начин повезана, осим што их наручилац, према наслову партије назива „хемија и биологија“, није у складу на начелом обезбеђивања конкуренције предвиђено чл. 10 ЗЈН нити са општим правилима о техничким спецификацијама која предвиђа члан 70. ЗЈН. Ово пре свега из разлога детаљног техничког описа производа под ставком 6. Портابل лабораторијски колориметар са интерференционим филтерима, за кога је техничка спецификација у целини и буквално преписана са рекламног проспекта произвођача ORBECO- HELIGE и то модел MC 500-10 (рекламни проспект у прилогу овог захтева), и која као таква, у потпуности искључује могућност учествовања у јавној набавци понуђача који понуди било који Портابل лабораторијски колориметар са интерференционим филтерима неког другог произвођача. Имајући у виду да произвођач ORBECO-HELLIGE има само једног, и то искључивог дистрибутера на територији Р. Србије, сасвим је очигледно да ће наручилац за ставку 6 прибавити само једну прихватљиву понуду. Међутим, чињеница да је наручилац наведени модел укључио у партију 4, под ставком 6, унапред наводи на закључак да ће наручилац за читаву партију 4, за свих 6 ставки, прибавити само једну прихватљиву понуду што директно и флагрантно крши начело конкуренције и обесмишљаје поступак јавне набавке, јер је наручилац унапред одлучио са којим

